**Condiciones experimentales.**

Se requieren 300 µl de muestra a concentración 10-100 µM, y aproximadamente 75 µl de ligando a una concentración 10 veces superior. Ambas moléculas deben estar en idéntico buffer/solvente. Es posible que, en función de la fuerza de unión, se requieran concentraciones menores o mayores. Un experimento típico tarda 45 minutos. El rango de temperatura de trabajo es 2-80 $^{o}$C.