

Interferentes tolerables

- Tampones volátiles diluidos (1-20mM): formiato, acetato y carbonato de amonio.
- Ácidos volátiles diluidos: ácidos fórmico y acético, para detección en modo positivo.
- Sales de alquil amonio de ácidos orgánicos volátiles, con el inconveniente de que el catión alquil amonio a menudo es el más abundante en los espectros registrados en modo positivo.